

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia - potwierdzenie parametrów sprzętu do fizjoterapii

Szczegółowe wytyczne minimalnych parametrów dot. sprzętów umieszczono poniżej Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętu.

Tabela – Zestawienie minimalnych parametrów sprzętów do fizjoterapii

Lp.	Przedmiot zamówienia /Wymagane minimalne parametry Parametry zgodne z zapytaniem ofertowym (Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2)	Parametry oferowanego sprzętu *odpowiadają minimalnym parametrom podanym przez Zamawiającego (tak/nie) ** jeśli parametry są wyższe od zalecanych proszę o ich wypisanie
1	<p><u>Aparat pola elektromagnetycznego – 1 zestaw</u> Urządzenie wykorzystujące pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności Stymulowanie mięśni, mobilizacja stawów i przyśpieszenie gojenia złamań Aplikator koncentrujący w wyposażeniu standardowym</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indukcja magnetyczna 2,5 tesli • Częstotliwość magnetyczna 1-150 Hz • Maksymalna intensywność stymulacji 28 kT/s • Czas trwania impulsu 0,01-60 [s] • Czas zabiegu 1-60 min • Wybór kształtu impulsu • Edycja gotowych programów terapeutycznych • Gotowe programy terapeutyczne, 55 programów • Tryb automatyczny i ręczny 	<p>tak/ nie*</p> <p>.....**</p>



	<ul style="list-style-type: none"> • Wyposażenie standardowe: jednostka główna, ramię, aplikator • Ekran LCD 8,4" kolorowy ekran dotykowy • Nawigacyjny atlas anatomiczny • Baza danych pacjentów • Programy użytkownika • Wskaźnik intensywności pola magnetycznego • Wskaźnik czasu trwania zabiegu • Wskaźnik przegrzania przetwornika • Przycisk bezpieczeństwa • Długość ramienia 103 cm (z aplikatorem) • Aplikator chłodzony powietrzem za pomocą wentylatora, który wbudowany jest w cewce • Wymiary 500 x 970 x 580 mm (20 x 38 x 23 in) • Waga 33 kg • Zasilanie 100 V - 240 V , 50-60 Hz • Temperatura pracy -10do +55 °C • Wilgotność dopuszczalna <85 % • Autoryzacja producenta TAK • Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego • Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim • Stolik zintegrowany z aparatem tworzący całość urządzenia • Certyfikat CE, Deklaracja zgodności z CE • Cena obejmuje: aplikator koncentrujący, ramię aplikatora. <p>Gwarancja: 12 miesięcy</p>	
2	<p><u>Aparat do kompresoterapii – 1 zestaw</u> Aparat do masażu uciskowego</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12-kanalowy aparat do masażu uciskowego • Kolorowy ekran dotykowy 5,7'' • Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi • 26 protokołów klinicznych (programy w sekwencjach) • Gotowe sekwencje programów zabiegowych (15) • 500 programów zdefiniowanych dla użytkownika • Gradient 0-100 % z płynną regulacją • Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg 	tak/ nie* **



	<ul style="list-style-type: none">• Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory• Zaawansowane ustawienia parametrów indywidualnych terapii• Cicha i niezawodna praca kompresora• Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie• Mankiet kończyn górnych 8-komorowy 1 szt.• Spodnie 24-komorowe (2x10 komór nogawki spodni plus 2 komory na pasie spodni)• Automatyczna identyfikacja aplikatorów• Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu• Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora• Elektroniczny system kontroli ucisku• Wymiary 320 x 190 x 280 mm• Waga 7,5 kg• Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz• Oryginalny stolik producenta aparatu wyposażony w kabel zasilający, uchwyt na zasilacz do aparatu oraz 4 kółka jezdne, 2 kółka wyposażone w hamulce oraz 5 zamykanych schowków• Mankiety foliowe 100 szt. <p>Gwarancja: 12-miesiący</p>	
--	---	--

.....dnia.....2022 r

.....
(pieczętka i podpis osób/y uprawnionych do
Składania oświadczeń woli)